

1 仕様	
ストローの対応サイズ	0.5mℓ
1行程当り充填本数	5本
サイズ(W×D×H)	幅900mm以下、奥行600mm以下、高さ600mm以下であること
電源	100V用
2 納品場所	
岩手県農業研究センター畜産研究所 種山畜産研究室 岩手県気仙郡住田町世田米字子飼沢30	
3 納期予定	
令和8年1月9日	
4 その他	
(1) 完成検査 完成検査は、寸法、外観その他組立状況を検査し、さらに作業装置類の動作等の確認を行い、一般的な機能を検査する。 検査に要する器具、人員等は納入業者において準備するものとする。	
(2) 保証 納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥とみなされる故障が発生した場合は、納入業者は無償修理を行わなければならない。 ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合は、それを適用する。 また、上記期間経過後であっても、設計製作上の欠陥と見なされる故障が発生した場合には、協議のうえ、納入業者に無償修理を行わせることがある。	
(3) 提出図書の言語の指定 取扱説明書等提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。	
(4) 納入・設置に要する費用を価額に含むものとする。	
(5) 参考機種 富士平工業株式会社 SFM-5ss	